

广东省职业病防治大小鼠智能无创血压计采购公告

（第二次发布）

我院大小鼠智能无创血压计项目采用议价方式进行采购，欢迎符合资质的供应商前来参加。有关事项如下：

- 1. 项目编号：GDZFY SB202304-05-01
- 2. 项目名称：广东省职业病防治院大小鼠智能无创血压计采购项目
- 3. 最高限价（人民币）：4.4 万元整
- 4. 采购数量：1 台
- 5. 技术参数及配置要求

名称	技术参数及配置要求
大小鼠智能无创血压计	1. 测量参数心率 HR、收缩压 SBP、舒张压 DBP 以及平均压 MBP。
	2. 脉波范围 $\geq 0-1000\text{BPM}$ ，血压测定范围： $\geq 40-350\text{mmHg}$
	3. 测量对象：大鼠与小鼠，包括新生鼠老龄鼠（10-1800g）涵盖各品系的及各种肥胖等模型。
	4. ▲能让测量鼠在保定的空间内保持安静稳定的状态。
	5. ▲主机设备操作简单，配有液晶显示屏，可以完全脱离电脑操作，数据可以直接存入 SD 卡。
	6. 配有 USB 接口，可以连接电脑操控测量，数据也可以直接存到 PC 中，与数据管理系统无缝结合。
	7. 主机自带温度设定功能，温度范围 $\geq 30-40$ 度，可通过软件或者主机进行可视化自主调节；
	8. 保温多通道，单次测量时间 ≤ 15 秒，可以根据需要设置 1-6 通道。测量 3-7 次，大鼠不超过 15 分钟、小鼠不超过 5 分钟。
	9. 主机可自动通过脉波判断老鼠是否处于稳定状态，并自动开始测量。结果自行统计输出。可判断传感器是否有鼠尾插入，避免损坏橡胶膜。
	10. 系统软件有再编辑与统计功能。数据处理方式多样：可导入表格并计算平均值，可打印图文数据报告。
	11. ▲系统软件可以实现定时测量，自定时间表。适用于术中的血压监测。
	12. ▲对休克状态的动物进行无创血压测量。

	13. 如设备为计量设备，供应商承担首次计量检定费用，并提供计量检定结果合格的报告作为验收依据。
--	--

- 6. 保修期：提供不少于三年的免费质保，终身免费维修；
- 7. 交货期：签订合同后 30 日内；
- 8. 合格报价人的基本条件：
 - (1) 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；
 - (2) 报价人为所投产品的制造商或者代理商；
 - (3) 如采购项目为医疗设备，报价人需依法取得《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；所投设备需具有有效的医疗器械注册证(Ⅱ/Ⅲ类)。
- 9. 报价文件要求：
 - (1) 对照“第8点”的相关证照复印件加盖公章；
 - (2) 对照“第5点技术参数及配置要求”提供用户需求书(响应表)。带“▲”条款负偏离可能会严重影响议价结果；
 - (3) 设备报价单(需注明产品的产地、品牌、型号、保修期)。

以上资料一式一份装在档案袋并密封好。档案封面上应注明议价项目编号、名称、报价公司名称、联络人及手机电话号码。
- 10. 符合资质的供应商请在 2023 年 05 月 11 日至 2023 年 05 月 16 日期间,把响应文件递交(或邮寄) 到 广州市海珠区新港西路海康街 68 号 。联系人：钟小姐， 联系电话：020-34063091。