

广东省职业病防治院

粤职防质控函〔2023〕44号

广东省职业卫生技术质量控制中心关于 2022年度广东省职业卫生技术服务机构 质量监测抽检情况的通报

各职业卫生技术服务机构：

按照《国家卫生健康委职业健康司关于印发2022年职业病防治项目工作任务安排的通知》和《中国疾病预防控制中心职业与中毒控制所关于印发2022年职业卫生技术服务机构质量监测技术方案的通知》要求，在省卫生健康委的指导下，我中心组织开展了2022年度广东省职业卫生技术服务机构质量监测抽检工作。现将有关情况通报如下：

一、机构抽检情况

根据国家方案要求以及我省职业卫生技术服务机构质量监测工作具体实施方案，抽取监测对象共35家机构，每家机构各抽取1份2021年1月至2022年6月期间出具的职业病危害因素定期检测报告。

二、监测方式

根据方案要求，我中心成立了由专家、基层专业技术人员和联络员共 43 人组成的质量监测工作小组。其中，专家均从国家或省级职业卫生专家库中抽取，专业包含检测、评价、实验室分析、质量管理等；基层专业技术人员来自被抽取报告用人单位所在地县级以上地方疾病预防控制机构或职业病防治院所；联络员由省职业病防治院派出，负责评估检查的协调和联络工作。35 家机构共分为 4 组，每组由 3 名专家（1 名国家级专家、2 名省级专家）负责，其中用人单位现场核查、机构评估检查部分由专家组和基层专业技术人员共同完成。

我中心采取技术报告规范性审核、用人单位现场核查和机构评估检查相结合的方式，按照国家方案中《职业卫生技术服务机构质量监测检查表》对机构资质条件保持和符合性、服务规范性和服务真实性三部分开展监测工作。评分标准为：总分 ≥ 90 分为优秀， $60 \text{ 分} \leq \text{总分} < 90$ 分为合格，总分 < 60 分或检查发现与否决项的为不合格。

三、监测情况

经过计分、排名，我中心抽检的 35 家职业卫生技术服务机构质量监测合格率为 100%，总体平均分为 76.19 分，其中优秀的机构 2 家，合格的机构 33 家，优秀率为 5.7%。

附件：1. 2022 年度广东省职业卫生技术服务机构质量监测

抽检结果

2. 2022 年度广东省职业卫生技术服务机构质量监测
抽检工作发现的主要问题

广东省职业卫生技术服务机构质量控制中心

(代章)

2023 年 5 月 15 日

抄送：省卫生健康委职业健康处，省卫生监督所。

附件 1

2022 年度广东省职业卫生技术服务机构 质量监测抽检结果

排名	职业卫生技术服务机构	报告编号	监测结果
1	江门市新会区疾病预防控制中心	2101ZD0001	优秀
2	佛山市沃特测试技术服务有限公司	WTF21F08080500H	优秀
3	汇安（广东）检测评价咨询有限公司	HAZW-JC-20210005	合格
4	清远市慢性病防治医院 （清远市职业病防治院）	QYZF2021ZW390	合格
5	广东诺瓦安评检测有限公司	NWJ2020390P	合格
6	深圳市虹彩检测技术有限公司	WTH21H10116855H	合格
7	中海油（广东）安全健康科技有限责任公司	职卫〔评〕字 2021DJ36	合格
8	佛山市职卫检测评价科技有限公司	佛职卫检第 2021251	合格
9	广东裕利检测有限公司	GDYL-JC-21-6532-1	合格
10	广东天鉴检测技术服务股份有限公司	PJ-JP21120976	合格
11	惠州市惠测兴检测技术有限公司	DG20210009	合格
12	广东阳职检测评价技术服务有限公司	GDYZJD20210438	合格
13	广州海关技术中心	PJ-IQTC-ZW20210133	合格
14	汕头市天鉴检测技术服务有限公司	PJ-STJP220006	合格
15	广东中恒安检测评价有限公司	ZHA-JP-20210258	合格
16	深圳市世和安全技术咨询有限公司	DJ210580	合格
17	中山市香山安职环检测技术有限公司	XSJC-ZWJC21155B	合格

排名	职业卫生技术服务机构	报告编号	监测结果
18	广东中健检测技术有限公司	PJ2021111618	合格
19	广东粤康技术有限公司	YKDJ-21118105	合格
20	广东奕安泰检测评价服务有限公司	YAT-ZJ (2021) 0708	合格
21	广东准星检测有限公司	DJ2108140203	合格
22	深圳致信检测技术有限公司	WP210296	合格
23	广州安康检测技术有限公司	AKJCDJ211159	合格
24	广东省安全生产技术中心有限公司	GTCWS-ZYWH-2021 0713	合格
25	茂名市职业病防治院	茂职卫检字 第 MJJ-2021-037 号	合格
26	东莞市大成环境检测有限公司	DCZW20210330002	合格
27	广东锦泽检测技术有限公司	JZZW-DQ-202111001	合格
28	广东金泰达安全科技有限公司	JTD-ZWJC-H21726	合格
29	广东诚爱检测技术有限公司	GDCAPJ2021-J719	合格
30	佛山华安检测科技股份有限公司	HAJC202012160-1906	合格
31	广东科旭检测评价技术服务有限公司	KXDJ210789	合格
32	广东鑫诚检测技术有限公司	粤鑫职定期 2021002 号	合格
33	广东优安安全评价检测有限公司	YADJ-20210035(a)	合格
34	广东汇兴检测评价科技有限公司	HXJC20220003	合格
35	广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司	AYDS〔检〕字 2021 第 03011 号	合格

备注：排名按 35 家职业卫生技术服务机构质量监测总分进行排序。

附件 2

2022 年度广东省职业卫生技术服务机构质量监测抽检工作 发现的主要问题

序号	机构名称	报告编号	发现的主要问题
1	江门市新会区 疾病预防控制中心	2101ZD0001	1.布点图采样测量点数量标注不全。 2.未对 CO、CO ₂ 进行零点和终点校准。 3.无机非金属危害因素的实验室分析质控措施表述不清晰。
2	佛山市沃特测试 技术服务有限公司	WTF21F08080500H	1.实验室用房和控制设施设置需进一步完善。 2.质量控制总结需补充。 3.检测计划/方案部分岗位检测布点数量不符合要求。 4.标准物质使用记录需完善。
3	汇安（广东）检测评价咨询 有限公司	HAZW-JC-20210005	1.现场调查信息记录不全，工作日写实内容不全。 2.对个别成分不明的成品未进行挥发性有机组分定性分析。 3.现场采样/测量原始记录信息不全。 4.设备校准记录需完善。 5.实验室分析数据处理不规范。 6.部分粉尘检测项目无质量控制措施或已采取的质量控制措施不符合要求。
4	清远市慢性病防治医院 （清远市职业病防治院）	QYZF2021ZW390	1.实验室仪器设备、标准物质管理不完善。 2.调查检测部分原始记录只有 1 人签名。 3.公辅设施、生产设备、劳动定员等调查不全，工作日写实不完整。

序号	机构名称	报告编号	发现的主要问题
			4.检测计划信息不完整。 5.工频电场结果未进行修正。 6.报告部分内容不完整。 7.超标原因分析不准确，提出的建议针对性不强。
5	深圳市虹彩检测技术有限公司	WTH21H10116855H	1.仪器维护保养或期间核查欠缺。 2.现场调查信息记录不全。 3.个别成分信息不明原辅材料未见进行挥发性有机组分定性分析。 4.检测计划/方案内容不全、部分岗位采样数量不符合要求。 5.现场采样/测量原始记录信息不全。 6.流量校正和声级计校准需进一步规范。 7.检测报告内容分析不全，超标分析和建议缺乏针对性。 8.实验室分析原始记录不全。
6	广东诺瓦安评检测有限公司	NWJ2020390P	1.实验室控制设施和防护设施设置不符合要求。 2.现场调查信息不全，工作日写实内容不全。 3.现场采样/测量原始记录信息不全。 4.部分采样记录表仅1名技术人员签字。 5.检测报告内容分析不全（如劳动者工作内容、超标原因等）。 6.实验室记录无标准曲线配制过程记录。 7.粉尘称重记录不规范，分析结果数据处理有误。 8.实验室分析的质量控制措施需完善。

序号	机构名称	报告编号	发现的主要问题
7	中海油（广东）安全健康科技有限责任公司	职卫〔评〕字 2021DJ36	1.现场调查时未对同一岗位或工种进行统一命名。 2.工作日写实不齐全。 3.检测方案的职业病危害因素检测布点图溯源性不强。 4.原辅材料收集信息不齐全。 5.采样检测布点数量不足。 6.个体噪声等效声级计算错误。 7.检测报告内容分析不全（生产工艺、劳动者工作内容、工作方式等）。 8.检测报告中未对超标岗位进行超标原因分析和提出针对性整改建议。 9.实验室分析的质量控制措施需完善。
8	佛山市职卫检测评价科技有限公司	佛职卫检第 2021251	1.实验室用房和控制设施设置、耗材管理不符合要求，无危害警示标识。 2.现场调查信息不全，工作日写实内容不全。 3.对部分成分不明的有机溶剂未开展定性分析。 4.检测计划/方案检测布点数量不符合要求。 5.现场测量记录表只有 1 名技术人员签字。 6.噪声结果处理有误。 7.检测报告内容分析不全（如工艺流程、原辅料、超标原因等）。 8.实验室分析记录不全，质量控制措施需完善。 9.原始记录划改不规范。
9	广东裕利检测有限公司	GDYL-JC-21-6532-1	1.实验室控制设施和防护设置不符合要求。 2.部分仪器维护保养或期间核查欠缺。校准记录不规范。 3.检测计划/方案内容不全、检测布点数量不符合要求。 4.现场调查和现场采样/测量原始记录信息不全，划改不规范。 5.部分岗位采样数量、采样方法、采样时机不规范。 6.检测报告内容分析不全（如检测依据、工艺流程、劳动者工作内容等）。

序号	机构名称	报告编号	发现的主要问题
			7.部分职业接触限值应用有误。 8.报告结论不全面；超标分析和建议不全面，且缺乏针对性。 9.实验室分析原始记录不全，粉尘称重记录不规范，质控措施需改进。 10.实验室仪器使用记录缺乏可溯源性。
10	广东天鉴检测技术服务股份有限公司	PJ-JP21120976	1.部分仪器维护保养或期间核查欠缺。 2.电泳漆、UBC 胶等未进行挥发性有机组分定性分析。 3.检测计划/方案内容不全、采样数量不合理。 4.现场调查和现场采样/测量原始记录信息不全，划改不规范。 5.检测报告内容分析不全（如检测依据、工艺流程、工作内容、超标原因等）。 6.报告结论不全面。超标分析和建议不全面，且缺乏针对性。 7.实验室分析原始记录不全，部分检测项目未采取质控措施，计算方法有误。 8.实验室仪器使用记录缺乏可溯源性。
11	惠州市惠测兴检测技术有限公司	DG20210009	1.档案室未配备消防报警设备。 2.噪声测量仪器及手传振动测量仪检定校准证书不符合要求。 3.未对噪声频谱分析仪等测量/采样设备进行期间核查。 4.合同评审内容未对本机构人员、设备是否能够承担该工作进行评审。 5.限值类型为 MAC 的采样时间不符合标准规范要求。 6.现场调查影像资料仅有 1 名技术人员。 7.现场调查收集原辅材料不全，检测方案部分岗位识别的危害因素无法溯源。 8.个别岗位存在识别职业病危害因素不全面。 9.非稳态性噪声岗位按照稳态噪声进行测量。 10.检测报告内容分析需完善。

序号	机构名称	报告编号	发现的主要问题
12	广东阳职检测评价技术服务 有限公司	GDYZJD20210438	1.档案室缺少消防报警设备。 2.合同无明确技术服务范围。 3.现场调查原辅材料收集不齐全，在检测计划识别的部分危害因素难溯源。 4.现场调查的工艺流程过于简单，未对产生职业病危害因素的工艺详细描述。 5.未进行定点噪声强度测量，存在噪声超标的岗位不易分析其超标原因。 6.对于部分成分不明的原辅材料未进行挥发性有机组分定性分析。 7.工作日写实内容过于简单，个体采样数量不足。 8.影像资料专业技术人员人数不足2人。 9.报告内容分析不全（劳动者工作内容、工作方式），无审核记录。 10.实验室粉尘浓度测定未采用质控措施。
13	广州海关技术中心	PJ-IQTC-ZW20210133	1.实验室用房和防护设置、标准物质和耗材管理不符合要求。 2.网站公示信息不全，合同评审内容不符合要求。 3.现场调查影像资料仅有1名技术人员。 4.现场调查和采样/测量记录信息不全，部分岗位未开展工作日写实调查。 5.部分成分不明的化学品未进行挥发性组分分析。 6.检测计划/方案内容不全、布点图缺乏可溯源性、检测布点数量不符合要求。 7.部分岗位采样/测量时长不符合要求，部分设备无校准记录。 8.手传振动和噪声结果处理有误。 9.检测报告内容分析不全（如工艺流程、劳动者工作方式等）。 10.实验室分析记录和粉尘称重记录不规范，法定计量单位使用有误。 11.项目档案管理不规范。
14	汕头市天鉴检测技术服务 有限公司	PJ-STJP220006	1.仪器设备管理不规范。 2.调查采样人数不满足规范要求。 3.工作日写实不完整。 4.部分岗位漏识别噪声等危害因素。

序号	机构名称	报告编号	发现的主要问题
			5.检测计划采样信息不完整。 6.采样点代表性较差，定点和个体采样数量不满足规范要求。 7.噪声测量方法有误。 8.检测报告缺少部分岗位结果分析。 9.检测结果未按岗位进行判定。 10.超标原因分析不到位且提出的整改建议针对性不强。 11.定期报告相关信息超时报送主管部门、超时在网站公示，公示信息不完善。
15	广东中恒安检测评价有限公司	ZHA-JP-20210258	1.档案室未配备消防报警设备。 2.无机前处理室的应急喷淋装置不能满足正常使用要求。 3.未根据校准结果对高温测量仪、电磁场测量仪检测结果进行修正。 4.现场抽查的部分呼尘采样器的流量校准不准确。 5.无工艺描述，无法满足职业病危害识别要求。 6.现场调查不全面、不详细。 7.危害因素识别不全面。 8.职业病危害因素职业接触限值评价、超标岗位原因分析不全面。 9.实验室粉尘浓度测定没有采取质控措施。 10.实验室数据转换处理过程不规范。
16	深圳市世和安全技术咨询有限公司	DJ210580	1.实验室试剂管理不够规范。 2.仪器维护保养或期间核查欠缺。 3.现场调查和现场采样/测量记录信息不全，危害调查不到位，部分岗位职业病危害因素识别检测不全。 4.检测计划内容不全、部分岗位采样数量、采样方法和采样时机不合理。 5.部分空气采样器无流量校准记录。 6.检测报告内容分析不全（如检测依据、工艺流程、劳动者工作内容等）。 7.职业接触判断和限值应用有误。

序号	机构名称	报告编号	发现的主要问题
			8.报告结论不全面。 9.实验室分析原始记录不全，粉尘称重记录不规范，部分检测项目未采取质量控制措施。 10.实验室仪器使用记录缺乏可溯源性。 11.划改不规范。
17	中山市香山安职环检测技术有限公司	XSJC-ZWJC21155B	1.实验室控制设施和防护设置不符合要求、标准物质过期，试剂管理不规范。 2.仪器维护保养或期间核查欠缺、部分声级计等设备未见检定证书。 3.现场调查和现场采样/测量原始记录信息不全，部分岗位职业病危害因素识别不全。 4.检测计划/方案内容不全、部分岗位采样数量和采样方法不合理。 5.检测报告内容分析不全（如依据、工艺流程、工作日写实、超标原因等）。 6.部分岗位职业接触限值应用有误。 7.报告结论不全面，超标建议缺乏针对性。 8.实验室分析原始记录不全，粉尘称重记录不规范，部分检测项目未采取质量控制措施。 9.实验室仪器使用记录缺乏可溯源性。 10.划改不规范。
18	广东中健检测技术有限公司	PJ2021111618	1.未见物理因素检测仪器期间核查记录，仪器管理不规范。 2.调查信息包括原辅材料、公辅设施、防护设施、劳动定员等不齐全。 3.采样点代表性较差，定点和个体采样数量不满足规范要求。 4.调查采样人数不满足规范要求。 5.浓度波动岗位未在高浓度波动下开展短时间采样。 6.报告内容不完整。 7.岗位结果计算判定错误，且未按岗位进行超标情况统计。

序号	机构名称	报告编号	发现的主要问题
			8.标准曲线未现配现用，实验室检测未采取质控措施。 9.样品处理所用解析液与标准方法不一致。 10.定期报告相关信息超时报送主管部门、超时进行网站公示，公示信息不完善或有误。
19	广东粤康技术有限公司	YKDJ-21118105	1.实验室防护设置、标准物质和耗材管理不符合要求。 2.未及时更新专业技术人员信息，公示网站已失效。 3.设备维护保养或期间核查欠缺。 4.现场调查和采样影像资料不符合要求。 5.现场调查和现场采样/测量原始记录信息不全，部分岗位职业病危害因素识别不全。 6.检测计划/方案内容不全、检测布点数量不符合要求。 7.粉尘采样时长不符合要求。 8.无样品空白。 9.检测报告无资质证书和机构签章，内容分析不全（如检测依据、工艺流程等）。 10.噪声结果处理有误，实验室分析数据处理不规范。 11.项目档案管理不规范。
20	广东奕安泰检测评价服务有限公司	YAT-ZJ（2021）0708	1.实验室控制设施和防护设置不符合要求、试剂管理不够规范。 2.仪器维护保养或期间核查欠缺、声级计等部分设备未见检定证书，空气采样器和噪声检测仪等部分现场测量/采样设备校准记录不规范或缺失。 3.现场调查不足2名专业技术人员。 4.现场调查和现场采样/测量原始记录信息不全，部分岗位职业病危害因素识别不全。 5.部分成分信息不明原辅材料未见进行挥发性有机组分定性分析。 6.检测计划/方案内容不全、部分岗位采样数量不合理、采样方法有误。 7.检测报告内容分析不全（如工艺流程、工作写实、超标原因等）。

序号	机构名称	报告编号	发现的主要问题
			8.部分岗位职业接触限值应用有误。 9.超标岗位建议缺乏针对性。 10.实验室分析原始记录不全，粉尘称重记录不规范，部分检测项目未采取质量控制措施。实验室仪器使用记录缺乏可溯源性。 11.划改不规范。
21	广东准星检测有限公司	DJ2108140203	1.未设置独立的高温室。 2.高温、电磁辐射、紫外辐射等仪器未计算修正值，未对测量结果修正。 3.未见现场调查影像资料。 4.现场调查信息不全，不能满足危害识别和检测要求。 5.部分成分不明的原辅料没有进行定性分析。 6.对于超标岗位没有进行原因分析。 7.现场采样数量不符合规范要求。 8.报告内容分析不全（工艺流程等）。 9.实验室检测选用的前处理方法错误。实验室质控措施需改进，如实验室粉尘浓度测定检测未采取质控措施等。 10.报告上报存在超时情况。
22	深圳致信检测技术有限公司	WP210296	1.实验室控制设施和防护设置不符合要求。 2.仪器维护保养或期间核查欠缺、声校准器等部分设备未见检定证书。 3.现场调查和现场采样/测量原始记录信息不全。 4.多种成分不明的原料未进行挥发性有机组分定性分析。 5.检测计划/方案内容不全、部分岗位采样数量、采样方法和采样时机不合理。 6.检测报告内容分析不全（如检测依据、工艺流程、劳动者工作内容等）。 7.部分岗位职业病危害因素识别检测不全。 8.部分岗位职业接触限值应用有误。 9.报告结论不全面，超标分析和建议不全面、针对性欠缺。

序号	机构名称	报告编号	发现的主要问题
			10.实验室分析原始记录不全,粉尘称重记录不规范,部分检测项目未采取质量控制措施,计算方法有误。 11.实验室仪器使用记录缺乏可溯源性。 12.划改不规范。
23	广州安康检测技术有限公司	AKJCDJ211159	1.实验室控制设施设置与管理不符合要求。 2.现场调查和现场采样/测量原始记录信息记录不全 3.部分岗位职业病危害因素识别不全面。 4.检测计划/方案检测布点数量不符合要求。 5.采样/检测布点图缺乏可溯源性。 6.粉尘和噪声结果处理有误。 7.部分采样设备无校准记录。 8.检测报告内容分析不全(如生产工艺流程、岗位劳动定员、超标原因等)或 有误(岗位工作方式),设备数量、原辅料使用与实际情况不符。 9.部分岗位职业接触限值应用有误。 10.实验室分析原始记录不全,粉尘称重记录不规范,部分检测项目无质控措施。 11.划改不规范。
24	广东省安全生产技术中心 有限公司	GTCWS-ZYWH-20210713	1.实验室控制设施和防护设置不符合要求、耗材验收记录不全。 2.现场调查信息记录不全。 3.检测计划/方案内容不全、无采样/检测布点图、检测数量不符合要求。 4.现场采样/测量原始记录信息不全。 5.个体采样/测量时长不符合要求。 6.检测报告内容分析不全(如工艺流程、劳动者工作内容、超标原因等)。 7.职业接触限值应用有误。 8.部分岗位职业病危害因素识别不全。 9.报告结论不全面,报告无审核记录。

序号	机构名称	报告编号	发现的主要问题
			10.实验室分析原始记录不全，粉尘称重记录不规范，部分检测项目未采取质量控制措施。 11.实验室仪器使用记录缺乏可溯源性，结果数据分析有误。 12.划改不规范。
25	茂名市职业病防治院	茂职卫检字第 MJJ-2021-037 号	1.调查记录签字和影像资料不足 2 名专业技术人员。 2.现场调查信息不全（防护设施和个体防护用品等）。 3.原辅料 SDS 资料收集不全面。 4.现场调查识别危害因素不全。 5.无采样/检测布点图。 6.采样检测布点数量不满足规范要求。 7.仪器校准记录欠缺。 8.报告内容分析不全（工艺流程、工作班制、劳动定员、工作内容等）。 9.实验室分析质控措施需改进。
26	东莞市大成环境检测有限公司	DCZW20210330002	1.调查信息不全（劳动定员、防护设施、原辅材料、工作日写实等）。 2.部分成分不明的有机化学品未进行挥发性有机组分定性分析。 3.检测计划采样信息和原始记录信息不完整。 4.调查采样人数不满足规范要求。 5.采样点代表性较差，定点和个体采样数量不满足规范要求。 6.未见采样泵流量校准记录。 7.报告信息内容不全，化学毒物结果判定有误，结论不全面。 8.超标原因分析不到位且未针对超标提出整改建议。 9.粉尘称量方法不规范，原始记录有误。 10.标准曲线未现配现用，实验室检测质控措施需改进。 11.定期报告相关信息超时报送主管部门、超时进行网站公示，公示信息不完善或有误。

序号	机构名称	报告编号	发现的主要问题
27	广东锦泽检测技术有限公司	JZZW-DQ-202111001	1.档案室未配备档案柜、消防报警设备等设施，气瓶间无除静电装置。 2.有机前处理室和无机处理室等房间的危害警示标识不规范。 3.未按规定开展噪声测量校准。 4.现场调查识别危害因素不全。 5.现场采样原始记录表中的采样项目和现场调查以及检测计划不一致。 6.部分成分不明有机化学品未进行挥发性有机组分定性分析。 7.扬尘采样流量使用错误。 8.实验室分析过程中未有效采取质控样品或加标回收等手段进行质量控制。 9.检测报告中工艺流程、生产设备的描述与现场调查表中的信息不一致，溯源性差。 10.未进行游离二氧化硅含量分析确定粉尘类型。 11.影像资料中专业技术人员人数不足2人。 12.现场采样原始记录不规范。
28	广东金泰达安全科技有限公司	JTD-ZWJC-H21726	1.实验室无危害警示标识、耗材验收记录不全。 2.部分定期检测项目未公示。 3.现场调查信息不全、无影像资料，工作日写实内容不全。 4.检测计划/方案内容不全或有误、检测布点数量不符合要求、职业病危害因素识别不全，审核记录表无批准人签字。 5.采样/检测布点图缺乏可溯源性。 6.现场采样/测量原始记录信息不全。 7.无仪器设备出入库和校准记录。 8.报告缺资质证书，内容分析不全（如劳动者工作内容、存在主要问题及建议等）。 9.无粉尘滤膜采样前后处理记录、数据处理计算公式。 10.部分岗位检测结果与现场实际情况不相符。

序号	机构名称	报告编号	发现的主要问题
			11.划改不规范。
29	广东诚爱检测技术有限公司	GDCAPJ2021-J719	1.实验室控制设施和防护设置不符合要求、标准物质过期，试剂管理不规范。 2.仪器维护保养或期间核查欠缺、声级计等部分设备未见检定证书，校准不规范。 3.现场调查和现场采样/测量原始记录信息不全。 4.部分岗位职业病危害因素识别不全。 5.检测计划/方案内容不全、检测布点数量不符合要求。 6.部分岗位采样数量不合理、采样方法，采样时长不符合要求。 7.检测报告内容分析不全（如工艺流程、劳动者工作内容、超标原因等）。 8.部分岗位职业接触限值应用有误。 9.报告结论不全面，超标建议缺乏针对性。 10.实验室分析原始记录不全，粉尘称重记录不规范，部分检测项目未采取质量控制措施。 11.实验室仪器使用记录缺乏可溯源性。 12.划改不规范。
30	佛山华安检测科技股份有限公司	HAJC202012160-1906	1.影像资料中技术人员不足2名。 2.调查信息不全（工作写实等）。 3.部分岗位职业病危害因素识别不全面。 4.检测计划/方案内容不全或有误、检测布点数量不符合要求。 5.现场采样/测量原始记录信息不全或与现场实际情况不相符。 6.仪器设备无唯一性标识，仪器设备出入库和校准记录信息不全。 7.流动岗位个体噪声测量时长不符合要求。 8.检测报告无资质影印件，内容分析不全（工艺流程、主要问题及建议等）。 9.样品流转记录信息不全，实验室原始分析记录信息不全。 10.无粉尘滤膜采样前后处理记录，称重记录不规范，无数据处理计算公式。

序号	机构名称	报告编号	发现的主要问题
			11.样品超出检测期限。 12.实验室质控措施需改进。
31	广东科旭检测评价技术服务 有限公司	KXDJ210789	1.未见物理因素检测仪器期间核查记录，仪器管理不规范。 2.调查采样人数不满足规范要求。 3.调查信息包括原辅材料、公辅设施、防护设施、劳动定员等不齐全。 4.部分成分不明有机化学品未进行挥发性有机组分定性分析。 5.部分岗位漏识别危害因素。 6.采样点代表性较差，采样数量不满足规范要求。 7.噪声、氮氧化物测量方法有误。 8.浓度波动岗位未在高浓度波动下开展短时间采样。 9.采样器流量校准流于形式。 10.报告内容不完整，检测结果未按岗位进行判定。 11.超标原因分析不到位且未针对超标提出整改建议。 12.未能提供部分项目的标准系列谱图、部分项目质控样配置过程。 13.粉尘滤膜未进行干燥处理，称量记录信息不全。
32	广东鑫诚检测技术有限公司	粤鑫职定期 2021002 号	1.实验室控制设施和防护设置不符合要求、试剂管理不规范。 2.振动仪等设备性能不能满足标准要求。仪器维护保养或期间核查欠缺。 3.现场调查和现场采样/测量原始记录信息不全。 4.检测计划/方案内容不全、检测布点数不符合要求，未见采样布点图。 5.部分岗位采样数量不合理、采样方法，采样时长不符合要求。 6.仪器校准不规范。 7.检测报告内容分析不全（如检测依据、工艺流程、劳动者工作内容等）。 8.部分岗位职业接触判断和限值应用有误。 9.部分岗位职业病危害因素识别检测不全。 10.报告结论不全面，超标建议缺乏针对性。

序号	机构名称	报告编号	发现的主要问题
			11.实验室分析原始记录不全，粉尘称重记录不规范，部分检测项目未采取质量控制措施。 12.实验室仪器使用记录缺乏可溯源性。 13.划改不规范。
33	广东优安安全评价检测有限公司	YADJ-20210035(a)	1.档案室无消防报警设备，试剂库无除静电装置，气瓶柜报警装置不规范。 2.仪器维护保养或期间核查欠缺、声级计等部分设备未见检定证书。 3.合同甲方为第三方机构，非用人单位，合同评审不规范。 4.调查信息不全面且不规范，委托范围不清晰，调查信息不全（公辅设施、防护设施等）。 5.部分成分不明的有机化学品未进行挥发性有机组分定性分析。 6.检测计划/方案内容不全、检测布点数不符合要求，部分采样点无代表性。 7.噪声测量方式选择有误，采样器流量校准不规范，采样流量有误。 8.报告格式不规范，内容分析不全（如工艺流程、劳动者工作内容、附录内容等）。 9.噪声检测结果计算有误，以致结果判定不准确。 10.报告超标原因分析不到位且未针对超标提出整改建议。 11.实验室分析过程未有效采取质控样品或加标回收等进行质量控制。 12.项目档案管理不规范。 13.划改不规范。
34	广东汇兴检测评价科技有限公司	HXJC20220003	1.仪器设备管理不规范。 2.调查采样人数不满足规范要求。 3.调查信息包括原辅材料、公辅设施、防护设施等不全或有误，工作日写实不完整，工作班制有误。部分岗位漏识别危害因素。 4.检测计划信息不完整。 5.采样点代表性较差，定点和个体采样数量不满足规范要求。

序号	机构名称	报告编号	发现的主要问题
			6.噪声、化学毒物测量方法有误。 7.声级计校准不规范。 8.工作班制时间有误，以致结果判定不准确。 9.报告内容不完整，检测结果未按岗位进行判定，超标原因分析不到位。 10.标准溶液及标准曲线制作与标准曲线表中标准点数不一致。 11.粉尘最低定量浓度计算错误。 12.实验室检测质控措施需改进。 13.定期报告相关信息超时报送主管部门、超时进行网站公示，公示信息不完善或有误。
35	广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司	AYDS〔检〕字 2021 第 03011 号	1.未见物理因素检测仪器期间核查记录，仪器管理不规范。 2.调查信息包括原辅材料、公辅设施、防护设施、劳动定员等不齐全。 3.采样点代表性较差，采样数量不满足规范要求。 4.调查采样人数不满足规范要求。 5.噪声测量方法有误，噪声、手传振动接触时间有误。 6.报告格式不规范，内容不完整。 7.岗位结果判定错误，且未按岗位进行超标情况统计。 8.超标原因分析不到位，且未针对超标提出整改建议。 9.标准储备液存放和配置等信息不完善。 10.标准系列配置标准点数与谱图系列点数不一致。 11.标准曲线未现配现用，实验室检测未采取质控措施。 12.定期报告相关信息超时报送主管部门。 13.公示信息不完善或有误。