

广东省职业病防治院超低温保存箱采购公告

我院超低温保存箱项目采用议价方式进行采购,欢迎符合资质的供应商前来参加。有关事项如下:

- 1. 项目编号: GDZFYSB202305-06
- 2. 项目名称: 广东省职业病防治院超低温保存箱采购项目
- 3. 最高限价(人民币): 6 万元整
- 4. 采购数量: 1 台
- 5. 技术参数及配置要求

序号	产品名称	主要技术参数及功能
1	超低温保存箱	1、可调温度范围: -40 至-86℃, 控制精度≤1℃; 箱内温度均匀度误差≤6° C。 2、有效容积≥600L; 3、采用微电脑微处理控制系统, 键盘式数据输入, 数字显示箱内温度、环境温度、输入电压。可实时监控使用环境, 系统故障自动诊断, 断电报警, 自动检测过滤网灰尘。 4、多种故障报警(高低温报警、传感器报警、开门报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警)。 5、多重保护功能(开机延时保护、超低电压补偿保护、超高电压补偿保护、密码保护功能); 密码保护防止误操作。 6、具有 RS-232、RS-485 数据接口, 可与计算机连接, 通过计算机显示、调节箱内温度, 显示报警信息, 监控设备是否正常。 7、具有远程报警功能, 可连接报警器到其他房间实现报警功能。 8、自动增减压功能: 当电压不稳定时可提供电压智能自动增减压功能, 自动补偿功能调节范围±12V。 9、监控: 冰箱内置温度监控模块。 10、冰箱自带暗锁并有挂锁锁孔, 可配备两把挂锁。 11、可选配 USB 模块, 用于记录箱内温度、设定温度、高、低温报警温、环温等, 可记录 10 年以上。 12、配套包含 12.1、冻存架: 20 个; 12.2、冻存盒 320 个;

- 6. 保修期: 提供不少于三年的免费质保, 终身维护;
- 7. 交货期: 签订合同后 30 日内;
- 8. 合格报价人的基本条件:
 - (1) 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人;
 - (2) 报价人为所投产品的制造商或者代理商;
 - (3) 如采购项目为医疗设备, 报价人需依法取得《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营 许可证》; 所投设备需具有有效的医疗器械注册证(II/III类)。
- 9. 报价文件要求:
 - (1) 对照“第 8 点”的相关证照复印件加盖公章;

(2) 对照“第 5 点技术参数及配置要求” 提供用户需求书（响应表）。

(3) 设备报价单（需注明产品的产地、品牌、型号、保修期），设备拟放置在本单位实验楼高层，报价含送到采购人指定位置费用。

以上资料一式一份装在档案袋并密封好。档案封面上应注明议价项目编号、名称、报价公司名称、联络人及手机电话号码。

10. 符合资质的供应商请在 2023 年 5 月 30 日至 2023 年 06 月 05 日中午 12 点期间把响应文件递交(或邮寄) 到广州市海珠区新港西路海康街 68 号 。
联系人：钟小姐， 联系电话：020-34063091。