

# 广东省职业病防治院垂直流超净工作台采购公告

我院垂直流超净工作台项目采用议价方式进行采购,欢迎符合资质的供应商前来参加。有关事项如下:

1. 项目编号: GDZFYBSB202305-07
2. 项目名称: 广东省职业病防治院垂直流超净工作台采购项目
3. 最高限价(人民币): 3.7万元整
4. 采购数量: 1台
5. 技术参数及配置要求

序号	产品名称	主要技术参数及功能	数量
1	垂直流超净工作台	<p>1、风向: 垂直流。</p> <p>★2、产品必须符合 EN1822 和 JG/T-292 标准。</p> <p>★3、规格: 外形尺寸(长*宽*高): <math>\leq 1340 \times 650 \times 980\text{mm}</math>, 工作区尺寸(长*宽*高) <math>\geq 1280 \times 545 \times 610\text{mm}</math>。</p> <p>▲4、具有可分离式的移动支架, 支架高度 <math>\geq 710\text{mm}</math>, 可调节。</p> <p>5、高性能 AC 变频风机 220V, 50Hz, 送风效率高, 双风机设计, 带有自动补偿功能。</p> <p>6、CAMFIL H14 高效过滤器, 一体结构, 操作室洁净度优于 10 级 (Class 4), 优于 GMP 的 A 级标准。</p> <p>★7、具有全自动控制技术, 每 30s 自动校准 1 次, 进口风速传感器 (风速传感器分辨率达到 0.00361m/s, 可提供厂家检测报告)。</p> <p>8、大屏幕液晶显示, 实时监测运行状态, 可设定密码管理, 防止误操作;</p> <p>9、显示过滤器的寿命及风机和紫外灯的运行时间。</p> <p>★10、具有钥匙管理电源功能, 方便授权管理, 增强机器的安全性。</p> <p>11、柜体倾斜式设计符合人体工程学, 增加操作舒适性, 不容易疲劳。</p> <p>12、操作台面为优质不锈钢, 台面和搁手架一体成型, 易清洁。</p> <p>13、操作前窗与紫外灯、日光灯、风机有智能联锁功能。</p> <p>14、紫外灯灭菌时间可以设定, 倒计时, 自动关闭。</p> <p>15、钢化无反光前窗玻璃, 防紫外线, 易清洁。</p> <p>16、声光报警: 低风速报警。</p> <p>★17、通过截面风速检测, 风速不均匀度的相对标准偏差 <math>\leq 20\%</math>。</p> <p>★18、通过洁净度检测, 完全符合 ISO 14644.1 Class 4;</p> <p>19、柜体表面 Ag+抑菌处理, 可有效抑制细菌在柜体表面滋生。</p> <p>★20、设备出厂前必须经过独立第三方计量认证 (CMA), 并提供检测合格报告, 包含沉降菌检测合格报告。</p> <p>21、可选做 4Q (设计验证、安装验证、操作验证、性能验证)。</p> <p>22、配置要求: 主机 1 台、移动支架 1 套、紫外灯 1 支。</p>	1台

6. 保修期: 提供不少于二年的免费质保, 终身维护;
7. 交货期: 签订合同后 3 日内;
8. 合格报价人的基本条件:
  - (1) 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人;

(2) 报价人为所投产品的制造商或者代理商；

(3) 如采购项目为医疗设备，报价人需依法取得《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；所投设备需具有有效的医疗器械注册证(Ⅱ/Ⅲ类)。

9. 报价文件要求：

(1) 对照“第 8 点”的相关证照复印件加盖公章；

(2) 对照“第 5 点技术参数及配置要求”提供用户需求书(响应表)。“★”号条款为议价时的重要参考指标，偏离将导致报价无效；带“▲”条款负偏离可能会严重影响议价结果；

(3) 设备报价单（需注明产品的产地、品牌、型号、保修期）。

以上资料一式一份装在档案袋并密封好。档案封面上应注明议价项目编号、名称、报价公司名称、联络人及手机电话号码。

10. 符合资质的供应商请在 2023 年 5 月 31 日至 2023 年 06 月 05 日中午 12 点期间把响应文件递交(或邮寄)到广州市海珠区新港西路海康街 68 号。联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。