

广东省职业病防治院立式常温自动脱帽离心机

采购公告

我院全立式常温自动脱帽离心机项目采用议价方式进行采购,欢迎符合资质的供应商前来参加。有关事项如下:

1. 项目编号: GDZFYSB202307-01
2. 项目名称: 广东省职业病防治院立式常温自动脱帽离心机采购项目
3. 最高限价(人民币): 3.6 万元整
4. 采购数量: 1 台
5. 技术参数及配置要求

序号	产品名称	主要技术参数及功能	数量
1	立式常温自动脱帽离心机	1、智能微机控制,系统功能稳定;LCD 液晶显示屏可读取和存储各项参数数据及警报信息,转速,离心力,时间,转子号,转子容量,程序组,升/降速档位等等,设置值与运行值同步显示。 2、变频交流电机驱动,FOC 矢量控制系统,噪音低,节能环保。 3、机壳外壁防腐蚀,耐刮擦。 4、离心腔采用优质 304 优质不锈钢材料或更优材质。 ★5、真空采血管自动脱盖,脱盖成功率$\geq 99.9\%$,方便快捷,有效防止手动取盖时的震动而引起的溶血。 6、采用有效减震器,减振效果好,具有自动平衡功能。 7、机械式和电子式门锁兼具。 8、有超速、门盖自锁、不平衡等保护功能,具有自动计算 RCF 值、自动平衡功能,并在显示窗口显示故障信息;转子可高温高压灭菌,瞬时离心及连续离心方式。 ★9、UP-钛及纳米银混合活性炭过滤网。 10、最高转速: $\geq 4000\text{r/min}$ 11、最大相对离心力: $\geq 3850\times g$ ★12、转子: ≥ 168 孔 ($\Phi 13\times 75\sim 100\text{mm}$) 13、转速精度: $\leq \pm 10\text{r/min}$ 14、定时范围: $\geq 1\text{min}-99\text{h}59\text{min}$ 15、整机噪声: $\leq 58\text{dB(A)}$ 16、外形尺寸: $\leq 620\times 740\times 810\text{mm}$ ★17、设备具有触摸屏功能。	1 台

2	配置清单	配置要求：主机 1 台，水平转子 1 个，168*5/7ml 适配器 1 套，60*15ml 尖底适配器 1 套。	
---	------	---	--

6. 保修期：提供不少于 2 年的免费质保，终身维护；
7. 交货期：签订合同后 20 日内；
8. 合格报价人的基本条件：
 - (1) 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；
 - (2) 报价人为所投产品的制造商或者代理商；
 - (3) 如采购项目为医疗设备，报价人需依法取得《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；所投设备需具有有效的医疗器械注册证(Ⅱ/Ⅲ类)。
9. 报价文件要求：
 - (1) 对照“第 8 点”的相关证照复印件加盖公章；
 - (2) 对照“第 5 点技术参数及配置要求”提供用户需求书(响应表)。“★”号条款为议价时的重要参考指标，偏离将导致报价无效；带“▲”条款负偏离可能会严重影响议价结果；
 - (3) 设备报价单（需注明产品的产地、品牌、型号、保修期）。

以上资料一式一份装在档案袋并密封好。档案封面上应注明议价项目编号、名称、报价公司名称、联络人及手机电话号码。
10. 符合资质的供应商请在 2023 年 7 月 04 日至 2023 年 7 月 10 日中午 12 点期间把响应文件递交(或邮寄)到广州市海珠区新港西路海康街 68 号。联系人：钟小姐， 联系电话：020-34063091。