

# 广东省职业病防治院医用制氧机采购公告

我院医用制氧机项目采用议价方式进行采购, 欢迎符合资质的供应商前来参加。有关事项如下:

1. 项目编号: GDZFYSB202307-05
2. 项目名称: 广东省职业病防治院制氧机采购项目
3. 最高限价 (人民币): 1.5 万元整
4. 采购数量: 2 台
5. 技术参数及配置要求

序号	产品名称	主要技术参数及功能
1	医用制氧机	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 额定流量 (L/min): 8;</li><li>2. 整机重量 (Kg): <math>\leq 24</math>;</li><li>3. 额定浓度 (V/V): <math>93 \pm 3\%</math>;</li><li>4. 噪音 (dB(A)): <math>\leq 50</math>;</li><li>5. 氧气出口压力 (kPa): <math>40 \sim 70</math>;</li><li>6. 额定功率 (VA): <math>\leq 600</math>;</li><li>7. 外形尺寸: <math>\leq 380 \times 340 \times 620</math>;</li><li>8. 工作电压 (V): 220。</li></ol>

6. 保修期: 提供不少于三年的免费质保, 终身维护;
7. 交货期: 签订合同后 30 日内;
8. 合格报价人的基本条件:
  - (1) 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人;
  - (2) 报价人为所投产品的制造商或者代理商;
  - (3) 如采购项目为医疗设备, 报价人需依法取得《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》; 所投设备需具有有效的医疗器械注册证 (II / III 类)。

9. 报价文件要求:

- (1) 对照“第 8 点”的相关证照复印件加盖公章;
- (2) 对照“第 5 点技术参数及配置要求” 提供用户需求书 (响应表)。
- (3) 设备报价单 (需注明产品的产地、品牌、型号、保修期)。

以上资料一式一份装在档案袋并密封好。档案封面上应注明议价项目编号、名称、报价公司名称、联络人及手机电话号码。

10. 符合资质的供应商请在 2023 年 07 月 28 日至 2023 年 08 月 03 日中午 12 点期间把响应文件递交 (或邮寄) 到广州市海珠区新港西路海康街 68 号。联系人: 钟小姐, 联系电话: 020-34063091。