

# 广东省职业病防治院牙科综合治疗台采购公告

我院牙科综合治疗台项目采用议价方式进行采购,欢迎符合资质的供应商前来参加。有关事项如下:

1. 项目编号: GDZFYB202308-05
2. 项目名称: 广东省职业病防治院牙科综合治疗台采购项目
3. 最高限价(人民币): 14.5 万元整
4. 采购数量: 1 台
5. 技术参数及配置要求

分类	序号	技术参数
基本性能	1-1	适用于口腔诊室电源、气源、水源及负压。 水源: 压力范围 2.7~5.5bar, 流量不低于 5.7L/min, 温度不高于 40℃ 气源: 压力范围 5.5~6.9bar, 流量不低于 71sL/min, 峰值流量可达 210sL/min 负压: 干抽/半干抽负压系统 0.12~0.18bar, 流量不低于 340L/min; 湿抽负压系统 0.27~0.4bar, 流量不低于 255L/min 电源: 交流 220V, 三线, 额定功率大于 1000W, 允许工作电流大于 10a
	1-2	▲机内所有水、气管均需与主机同一品牌(需提供原厂零件证明文件)。
	1-3	▲整机清水管路(不含手机管)采用管道抑菌技术, 无需借助化学消毒可持续向水路中释放消毒因子抑制水管内细菌滋生及生物膜的形成(提供第三方权威机构检测报告证明)
	1-4	内置式管道: 除医生护士接触使用的手机管及负压管道之外, 所有管道均采用内置式设计, 没有外露管道, 美观大方, 清洁方便。
	1-5	采取联体式设计: 手术灯、治疗台、助手挂架及痰盂安装在固定于病人椅基座上并可随椅位升降运动。
病人椅	2-1	机身内采用优质电磁阀、水阀、气阀阀体。
	2-2	机身内电路板均采用稳定可靠的原装控制电路板, 稳定可靠。
	2-3	▲治疗椅(主机)驱动系统采用液压驱动基座和倾斜运动(需提供原厂彩页、说明书或资料证明文件): 治疗椅坐垫和靠背均由液压系统驱动升降, 运行平稳流畅、宁静。
	2-4	治疗椅(主机)提升高度范围: 可降至离地面≤400mm、可升至离地面≥730mm, 方便儿童、老年及残障病人上落。
	2-5	治疗椅(主机)固定: 基座周边于地面多点接触, 底座面积大, 不用打地孔固定, 牙科综合治疗机不会翻倒。
	2-6	▲治疗椅(主机)结构: 内置地箱固定放在治疗椅座垫的腿部位置下面, 一体式地箱盖覆盖内置地箱与牙椅底座, 便于清洁。
	2-7	治疗椅(主机)双侧配置可上下 90° 旋转式扶手, 便于病人上下椅位。
	2-8	治疗椅(主机)配置双关节滑动式头枕, 多角度可调, 可整个拔出反向使用, 满足儿童及轮椅病人使用, 方便各种操作治疗位置需求。
治疗台	3-1	医生治疗工作台提供不少于 5 组手机器械挂架: 标准 4 孔手机接口 3 个, 原厂(与主机同一品牌)三用喷枪 1 套, 提供一个预留手机器械位置。
	3-2	▲配有多功能医生用标准触控板, 可控制手术灯开/关、手术灯亮度调节、水杯加水、冲盂、椅位升降、自动工作位及设定自动记忆位置(需提供原厂彩页、说明书或资料证明文件)。

	3-3	▲手机器械挂架中每个挂架均可独立调节角度，以方便医生操作(需提供原厂彩页、说明书或资料证明文件)。
	3-4	▲手机控制系统采用气控式主控阀，水气均由信号气控制，整机断电不影响气动手机工作(需提供原厂彩页、说明书或资料证明文件)。
	3-5	具有手机管路防回吸功能。
	3-6	具备医生治疗工作台多个手机管道同时冲洗消毒功能。
	3-7	原厂配备≥2L 快接式储水瓶式手机、三用喷枪的净水供水系统，满足高标准的安全卫生操作要求。
	3-8	配备不少于 2 套原装高速涡轮手机（配快接 2 个）。
	3-9	配备不少于 1 套原装低速电动马达连低速直、弯手机
	3-10	配备不少于 1 套原装内置式超声波洁牙机(含手柄 x1，工作尖 x3)
痰盂	4-1	可旋转式痰盂采用陶瓷材质，带过滤网，表面光滑，易于清洗消毒。
牙医助理器械	5-1	配置伸缩式助手位工具挂架，挂架位不少于 3 个，配置原厂（与主机同一品牌）强力吸引器、弱吸唾器及三用喷枪各 1 套。
	5-2	▲助手位工具挂架可独立调节角度以方便护士操作（需提供厂商的图纸、说明书或图片证明）。
	5-3	强力吸引器、弱吸唾器手柄采用金属材质，旋转式开关调节吸唾力大小。
	5-4	助手位触控板功能可控制手术灯开/关、手术灯亮度调节、水杯加水、冲盂、椅位升降、自动工作位及设定自动记忆位置。
	5-5	▲助手器械挂架臂具有自动紧急掣动保护装置，当挂架在下降的过程中遇到障碍物可自动停止移动（需提供厂商的图纸、说明书或图片证明）。
手术灯	6-1	▲配置随椅升降式牙科手术灯（与主机同一品牌），手术灯三轴定位可万向转动，手术灯焦距可调(31cm-70cm)，采用 17V/95W 卤素灯泡，配有防紫外线灯罩，无阴影渐进照明模式，可有效减少眼部疲劳及舒缓医生的精神。
	6-2	牙科手术灯具有自动开关功能：当病人椅运动到工作位时自动亮灯，离开工作位时自动关灯
医生椅	7-1	医生座椅（与主机同一品牌）符合人体工程学设计的自然倾斜角度，减少紧张和疲劳，提升医生椅旁治疗操作舒适度。
护士椅	8-1	牙医助理座椅采用月牙形扶手设计，可 360° 自由旋转，方便四手操作

6. 保修期：提供不少于三年的免费质保，终身维护；
7. 交货期：签订合同后 30 日内；
8. 合格报价人的基本条件：
  - (1) 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；
  - (2) 报价人为所投产品的制造商或者代理商；
  - (3) 如采购项目为医疗设备，报价人需依法取得《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；所投设备需具有有效的医疗器械注册证(II/III类)。
9. 报价文件要求：

- (1) 对照“第 8 点”的相关证照复印件加盖公章；
- (2) 对照“第 5 点技术参数及配置要求”提供用户需求书（响应表）。
- (3) 设备报价单（需注明产品的产地、品牌、型号、保修期）。

以上资料一式一份装在档案袋并密封好。档案封面上应注明议价项目编号、名称、报价公司名称、联络人及手机电话号码。

10. 符合资质的供应商请在 2023 年 8 月 31 日至 2023 年 9 月 5 日期间把响应文件递交(或邮寄)到广州市海珠区新港西路海康街 68 号。联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。