

广东省职业病防治院超低温保存箱采购公告

我院超低温保存箱项目采用议价方式进行采购，欢迎符合资质的供应商前来参加。有关事项如下：

- 1. 项目编号：GDZFYSB202310-01
- 2. 项目名称：广东省职业病防治院超低温保存箱采购项目
- 3. 最高限价（人民币）：5 万元整
- 4. 采购数量：1 台
- 5. 技术参数及配置要求

序号	产品名称	主要技术参数及功能
1	超低温保存箱	1、可调温度范围：-40 至-86℃，控制精度≤0.1℃； 2、有效容积≥700L； 3、微电脑控制，显示屏≥2 英寸，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，能设定高低温报警，有故障指示灯，出现报警或故障时指示灯有显示。 4、多重报警系统（有但不限于）：高低温报警、开门报警、断电报警、冷凝器高温报警、环温报警、电池电量低报警、通讯故障报警、传感器故障报警，选配远程报警接口。 5、多重保护功能（有但不限于）：开机延时保护、停机间隔保护、压缩机高温保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护。 6、标配机械锁，可加挂锁。 7、存储安全：双压缩机，系统独立。 8、标配 USB 模块，可记录箱内实际温度等数据长达 10 年以上。 9、标配蓄电池，断电后可为屏幕供电≥50 小时，可提供具有 CNAS 资质的国家级第三方检测报告。 10、门框有自动防凝露功能，减少门框结霜现象。 11、机器节能高效，可提供 CQC 国家节能环保证书。 12、整机低噪音运行，噪音≤50db(A)。 13、箱内温度均匀性≤3℃，可提供具有 CNAS 资质的国家级第三方检测报告。 14、配套包含 14.1、主机一台；

	14.2 冷链监控系统（监控超低温保存箱内温度）； 14.3 配套的 304 不锈钢冻存架：20 组； 14.4、配套的塑料/纸质冻存盒 500 个，容量 10*10 格，尺寸（长宽高）： 140*140*50mm；
--	---

6. 保修期：提供不少于四年的免费质保，终身维护；

7. 交货期：签订合同后 30 日内；

8. 合格报价人的基本条件：

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

（2）报价人为所投产品的制造商或者代理商；

（3）如采购项目为医疗设备，报价人需依法取得《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；所投设备需具有有效的医疗器械注册证（Ⅱ/Ⅲ类）。

9. 报价文件要求：

（1）对照“第 8 点”的相关证照复印件加盖公章；

（2）对照“第 5 点技术参数及配置要求”提供用户需求书（响应表）。

（3）设备报价单（需注明产品的产地、品牌、型号、保修期、议价方式），设备拟放置在本单位实验楼高层，报价含货物送达采购人指定位置费用。

（4）本项目议价时间为 2023 年 10 月 18 日下午 3 点 30 分，本项目接受现场议价和电话议价两种方式，报价公司请在报价文件封面及报价单内注明选择哪种方式议价。参加现场议价的公司代表请于 2023 年 10 月 18 日下午 3 点 30 分到本单位办公楼 4 楼会议室参加议价；选择电话议价请在 2023 年 10 月 18 日下午 3 点 30 分至 5 点时间段内保持联系电话畅通。如有特殊情况不能如期议价，将会电话通知已交报价文件公司联系人。

以上资料一式一份装在档案袋并密封好。档案封面上应注明议价项目编号、名称、报价公司名称、联络人及手机电话号码、参加的议价方式。

10. 符合资质的供应商请在 2023 年 10 月 12 日至 2023 年 10 月 17 日中午 12 点期间把响应文件递交(或邮寄) 到广州市海珠区新港西路海康街 68 号。联系人：钟小姐， 联系电话：020-34063091。