

广东省职业病防治院低流量采样器采购公告

我院对低流量采样器采用议价方式进行采购，欢迎符合资质的供应商前来参加。有关事项如下：

1. 项目编号：GDZFYSB202404-04
2. 项目名称：广东省职业病防治院低流量采样器采购项目
3. 最高限价（人民币）：99800 元整
4. 采购数量：18 台
5. 技术参数及配置要求

名称	主要技术参数
低流量采样器	1. 可调流量范围：20-500 mL /min；
	★2. 流量偏差：8 小时采样期间内，仪器流量偏差均应小于校准点流量的±5%，可以自动进行气压校正；
	3. 运行温度范围包含：5℃-45℃；
	▲4. 充电时间小于 6 小时，电池在 200mL/min 流量，2kPa 背压下电池续航时间大于 30 小时
	★5. 当气路阻塞或流量偏差大于 5%时，能够停止采样，自动重启并记录；
	6. 采样器可以通过蓝牙、无线网络等方式连接手机、电脑等终端设备查看仪器状态；
	7. 有中文全彩显示屏和仪器运行警示灯；
	8. 可设定采样时间进行定时采样，也可设定采样起始时间进行编程计时采样；
	9. 防护等级：≥IP65；
	10. 内存可存储≥200 条独立运行的数据；
	11. 重量小于 230 克；
	▲12. 防爆等级：Ex ia IIC T4 Ga，能提供证书证明；
	13. 具有国内 CPA 型式批准证书；
配置	每台采样泵标配便携式背包和采样导管套装（含 1 米进口采样软管，U 型弯头、鳄鱼夹和接头）

6. 保修期：提供不少于 1 年的免费质保；
7. 交货期：签订合同后 20 日内；
8. 合格报价人的基本条件：
 - (1) 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；
 - (2) 报价人为所投产品的制造商或者代理商；

9. 报价文件要求：

- (1) 对照“第 8 点”的相关证照复印件加盖公章；
- (2) 对照“第 5 点技术参数及配置要求”提供用户需求书(响应表)。“★”号条款为议价时的重要参考指标，偏离将导致报价无效；带“▲”条款负偏离可能会严重影响议价结果；

(3) 设备报价单（需注明产品的产地、品牌、型号、保修期、议价方式）。

(4) 本项目**议价时间**为 2024 年 04 月 25 日下午 4 点，本项目**接受现场议价和电话议价两种方式**，报价公司请在报价文件封面及报价单内注明选择哪种方式议价。参加现场议价的公司代表请于**议价时间**到达本单位办公楼 4 楼会议室参加议价；选择电话议价请在 2024 年 04 月 25 日下午 4 点至 5 点时间段内保持联系电话畅通。如有特殊情况不能如期议价，将会电话通知已交报价文件公司联系人。

以上资料一式一份装在档案袋并密封好。档案封面上应注明议价项目编号、名称、报价公司名称、联络人及手机号码、参加的**议价方式**。

10. 符合资质的供应商请在 2024 年 04 月 19 日至 2024 年 04 月 24 日下午 5 点期间把响应文件递交(或邮寄) 到广州市海珠区新港西路海康街 68 号。联系人：钟老师， 联系电话：020-34063091。