

广东省职业病防治院呼吸器适合性检验仪采购公告

我院对呼吸器适合性检验仪采用议价方式进行采购,欢迎符合资质的供应商前来参加。有关事项如下:

1. 项目编号: GDZFYSB202405-01
2. 项目名称: 广东省职业病防治院呼吸器适合性检验仪采购项目
3. 最高限价(人民币): 195000 元整
4. 采购数量: 1 台
5. 技术参数及配置要求

名称	主要技术参数
呼 吸 器 适 合 性 检 验 仪	1、要求具有动态/实时功能,和软件动画指引,可以用于指导受试人员正确佩戴和测试。
	▲2、具有粒子筛分器。适合检验和 KN 认证系列的 95 级、99 级、100 级口罩和 EN 认证系列的 FFP1 级、FFP2 级、FFP3 级口罩。
	▲3、设备已采用 OSHA, CSA, HSE INDG, ANSI/ASTM, ISO, INRS and JIS 标准进行检测以外,还已采纳 OSHA 最新颁布的快速检测法,可以在 2 分半钟以内完成一人次检验。
	4、软件系统具有汉语操作界面,有数据库管理功能。投标商须对软件系统服务以及数据库升级服务提供售后服务承诺。
	5、采样总流量不低于 1L/分钟。
	6、须配置与检测设备相匹配的操作平台,可兼容 Window10 或 Windows11 以上系统。硬件配置不得低于:第 12 代 i5 CPU/8G 内存/256G 存储和 2 年操作平台硬件质量保证。
	▲7、口罩适合性检验仪与操作平台采用 wifi 密码狗联接。
	8、送货地址由采购方指定,且送货后一周内提供软件系统与数据库管理的培训和实操使用培训。
	▲9、提供生产商出具的不少于 2 年的质量保证承诺书。且 2 年内须提供不少于每年 1 次的上门免费培训服务。
	▲10、含 1 次免费厂家校准,1 次免费第三方 CNAS 校准。

配置	口罩适合性检测仪 1 台；适配电源与插头 1 套；粒子发生机 1 台；打孔机 1 台；铆钉 1000 对；颈带 1 根；蓝白双采样管 1 根；异丙醇棒 1 根；wifi 密码狗 1 个；USB 连接线 1 根；酒精瓶 1 个；高效过滤棉 2 个；酒精棒替芯 2 个；存储防震运输箱 1 个；操作平台 1 套。
----	--

6. 设备验收：如属计量设备，验收时需提供计量合格或校准证书，计量或校准所产生费用由供应商承担。

7. 保修期：提供不少于 2 年的免费质保；

8. 交货期：签订合同后 2 周内；

9. 合格报价人的基本条件：

(1) 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

(2) 报价人为所投产品的制造商或者代理商；

10. 报价文件要求：

(1) 对照“第 9 点”的相关证照复印件加盖公章；

(2) 对照“第 5 点技术参数及配置要求”提供用户需求书(响应表)。“★”号条款为议价时的重要参考指标，偏离将导致报价无效；带“▲”条款负偏离可能会严重影响议价结果；

(3) 设备报价单（需注明产品的产地、品牌、型号、保修期、议价方式）。

(4) 本项目**议价时间**为 2024 年 05 月 11 日下午 3 点 30 分，本项目**接受现场议价和电话议价两种方式**，报价公司请在报价文件封面及报价单内注明选择哪种方式议价。参加现场议价的公司代表请于**议价时间**到达本单位办公楼 4 楼会议室参加议价；选择电话议价请在 2024 年 05 月 11 日下午 3 点 30 分至 4 点 30 分时间段内保持联系电话畅通。如有特殊情况不能如期议价，将会电话通知已交报价文件公司联系人。

以上资料一式一份装在档案袋并密封好。档案封面上应注明议价项目编号、名称、报价公司名称、联络人及手机号码、参加的**议价方式**。

11. 符合资质的供应商请在 2024 年 05 月 07 日至 2024 年 05 月 10 日中午 12 点期间把响应文件递交(或邮寄)到广州市海珠区新港西路海康街 68 号。联系人：钟老师，联系电话：020-34063091。