

广东省职业病防治院听力计采购公告

我院对听力计采用议价方式进行采购，欢迎符合资质的供应商前来参加。有关事项如下：

1. 项目编号：GDZFYSB202406-05
2. 项目名称：广东省职业病防治院听力计采购项目
3. 最高限价（人民币）：50000 元整
4. 采购数量：1 台
5. 技术参数及配置要求

名称	技术参数
听力计	<p>一、功能要求：</p> <ol style="list-style-type: none">1、通道数：完全独立双通道。2、可同时对双耳进行不同刺激。3、具备气导、骨导测试、自动阈值测试。4、主机内置麦克风（可调节声强）。▲5、外置电源适配器，设备可长时间工作不卡顿。▲6、不少于三种操控模式，包括但不限于：仪器面板独立操控模式、电脑键盘操控模式和鼠标操控模式，各操控模式之间实时同步。▲7、可存储不少于 100 个测试数据。8、中文操作界面 <p>二、技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none">1、气导测试频率包含：125Hz~8000Hz； 骨导测试频率包含：250Hz~8000Hz。2、气导测试声强包含：-10dB~120dB； 骨导测试声强包含：-10dB~80dB。3、步进包含但不限于：1dB ,5dB,步进静音切换。▲4、金属触摸感应给声。5、刺激声类型包含但不限于：纯音、啞音、言语声。6、给声方式包含但不限于：手动、持续、脉冲、连续脉冲。7、掩蔽类型包含但不限于：窄带噪声、白噪声、言语噪声。8、显示屏：不少于 4.3 寸全彩屏，分辨率≥480 x 270 像素。9、管理平台：可在电脑端进行病历数据分析、管理、同步显示听力图。 <p>三、数据对接参数</p> <p>★ 需与我院目前使用的纯音测听软件对接，并达到使用要求。如产生费用，供应商承担。</p>

主 要 配 置	1	听力计主机	1 台
	2	头戴式气导耳机	1 副
	3	骨导耳机	1 副
	4	病人响应按钮	1 个
	5	防尘罩	1 个
	6	软件安装程序包	1 套

6. 设备验收：如属计量设备，验收时需提供计量合格或校准证书，计量或校准所产生费用由供应商承担。

7. 保修期：提供不少于 3 年的免费质保；

8. 交货期：签订合同后 1 个月内；

9. 合格报价人的基本条件：

(1) 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

(2) 报价人为所投产品的制造商或者代理商；

(3) 如采购项目为医疗设备，报价人需依法取得《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；所投设备需具有有效的医疗器械注册证(II/III类)。

10. 报价文件要求：

(1) 对照“第 9 点”的相关证照复印件加盖公章；

(2) 对照“第 5 点技术参数及配置要求”提供用户需求书(响应表)。“★”号条款为议价时的重要参考指标，偏离将导致报价无效；带“▲”条款负偏离可能会严重影响议价结果；

(3) 设备报价单(需注明产品的产地、品牌、型号、保修期、议价方式)。

(4) 本项目**议价时间**为 2024 年 06 月 28 日下午 4 点 30 分，本项目**接受现场议价和电话议价两种方式**，报价公司请在报价文件封面及报价单内注明选择哪种方式议价。参加现场议价的公司代表请于**议价时间**到达本单位办公楼 4 楼会议室参加议价；选择电话议价请在 2024 年 06 月 28 日下午 4 点 30 分至 5 点 30 分时间段内保持联系电话畅通。如有特殊情况不能如期议价，将会电话通知已交报价文件公司联系人。

以上资料一式一份装在档案袋并密封好。档案封面上应注明议价项目编号、名称、报价公司名称、联络人及手机号码、参加的**议价方式**。

11. 符合资质的供应商请在 2024 年 06 月 24 日至 2024 年 06 月 27 日下午 5 点期间把响应文件递交(或邮寄)到广州市海珠区新港西路海康街 68 号。联系人：钟老师，联系电话：020-34063091。