广东省职业病防治院动静脉脉冲气压治疗仪采购公告（第二次挂网）

我院对动静脉脉冲气压治疗仪采用议价方式进行采购，欢迎符合资质的供应商前来参加。有关事项如下：

1. 项目编号：GDZFYSB202406-04-01
2. 项目名称：广东省职业病防治院动静脉脉冲气压治疗仪采购项目
3. 最高限价（人民币）：45000 元整
4. 采购数量：1 台
5. 技术参数及配置要求

名称	主要技术参数
动静脉脉冲气压治疗仪	<ol style="list-style-type: none">1. 工作原理：利用足底静脉丛这一类心脏空腔储血结构，利用毫秒脉冲技术，在 0.2 秒内完成模仿心脏收缩对血液的高速挤压动作，使静脉血液被高速泵射。2. 适用范围<ol style="list-style-type: none">2.1 预防深静脉血栓和肺栓塞；2.2 消除肢体水肿，促进足底血液回流；2.3 用于改善肢体组织的缺血状态。3. 具开机自检功能，自检完毕应显示病患的治疗时间和控制器已经使用时间总和。▲4. 一次脉冲时间：在 0.2 秒内可快速达到设定的压力值；持续脉冲时间：至少含 1 秒、3 秒两档，误差不大于±0.4 秒（需提供证明文件）。5. 具有不少于四种脉冲工作模式，一键式操作。6. 单独定时键，可根据需要设置定时，定时设置范围：10~240 分钟；不设定时可无限时使用。7. 脉冲压力为进行性向设定值靠近，达到设定压力值时，显示屏出现专用符号提示设备工作正常，以便医护人员对脉冲（手）足垫包裹的松紧度及时做出调整判断，保证治疗效果。8. 具有故障自检功能及代码提醒功能：至少有低压报警和高压报警两种模式。▲9. 脉冲足套和手套均已取得第一类医疗器械备案凭证（须提供第一类医疗器械备案凭证复印件并加盖投标人公章）；脉冲气垫至少包含脉冲足垫、脉冲石膏足垫、脉冲手垫三种可选；脉冲气囊耐受压力$\geq 60\text{Kpa}$。10. 设备可直接挂在病床挡板及护栏上进行操作治疗。11. 设备净重$\leq 4\text{KG}$。12. 整机最大工作噪声$\leq 60\text{dB (A)}$。

主 要 配 置	1. 主机一台； 2. 导气管 1 副； 3. 脉冲足套 1 副； 4. 脉冲手套 1 副；
------------	---

6. 设备验收：如属计量设备，验收时需提供计量合格或校准证书，计量或校准所产生费用由供应商承担。

7. 保修期：提供不少于 3 年的免费质保；

8. 交货期：签订合同后 2 周内；

9. 合格报价人的基本条件：

(1) 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

(2) 报价人为所投产品的制造商或者代理商；

10. 报价文件要求：

(1) 对照“第 9 点”的相关证照复印件加盖公章；

(2) 对照“第 5 点技术参数及配置要求”提供用户需求书(响应表)。“★”号条款为议价时的重要参考指标，偏离将导致报价无效；带“▲”条款负偏离可能会严重影响议价结果；

(3) 设备报价单（需注明产品的产地、品牌、型号、保修期、议价方式）。

(4) 本项目**议价时间**为 2024 年 07 月 19 日下午 4 点，本项目**接受现场议价和电话议价两种方式**，报价公司请在报价文件封面及报价单内注明选择哪种方式议价。参加现场议价的公司代表请于**议价时间**到达本单位办公楼 4 楼会议室参加议价；选择电话议价请在 2024 年 07 月 19 日下午 4 点至 5 点时间段内保持联系电话畅通。如有特殊情况不能如期议价，将会电话通知已交报价文件公司联系人。

以上资料一式一份装在档案袋并密封好。档案封面上应注明议价项目编号、名称、报价公司名称、联络人及手机号码、参加的**议价方式**。

11. 符合资质的供应商请在 2024 年 07 月 15 日至 2024 年 07 月 18 日下午 5 点期间把响应文件递交(或邮寄) 到广州市海珠区新港西路海康街 68 号。联系人：钟老师， 联系电话：020-34063091。