

广东省职业病防治院铂金坩埚采购公告

(第三次挂网)

我院对铂金坩埚项目采用议价方式进行采购,欢迎符合资质的供应商前来参加。有关事项如下:

1. 项目编号: GDZFYSB202404-01-02
2. 项目名称: 广东省职业病防治院铂金坩埚采购项目
3. 最高限价(人民币): 45000 元整
4. 采购数量: 6 个
5. 技术参数及配置要求

名称	主要技术参数	数量(个)
铂分析坩埚(带盖)	★材质: 铂≥99.99%	6
	重量(g): 30, 重量误差≤±0.2 克	
	规格(ml): 30 ; 上直径(mm): 37 ; 高度(mm): 38 ; 厚度(mm): 0.29	
	产品的厚度均匀, 表面光亮, 经久耐用, 不易变形	
	可以为用户刻钢印编号, 如数字1、2、3……或者A、B、C……	

6. 设备验收: 如属计量设备, 验收时需提供计量合格或校准证书, 计量或校准所产生费用由供应商承担。

7. 保修期: 提供不少于 1 年的免费质保;

8. 交货期: 签订合同后 20 日内;

9. 合格报价人的基本条件:

(1) 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人;

(2) 报价人为所投产品的制造商或者代理商;

10. 报价文件要求:

(1) 对照“第 9 点”的相关证照复印件加盖公章;

(2) 对照“第 5 点技术参数及配置要求” 提供用户需求书(响应表)。“★”号条款为议价时的重要参考指标, 偏离将导致报价无效; 带“▲”条款负偏离可能会严重影响议价结果;

(3) 设备报价单(需注明产品的产地、品牌、型号、保修期、议价方式)。

(4) 本项目议价时间为 2024 年 07 月 30 日下午 4 点, 本项目接受现场议价和电话议价两种方式, 报价公司请在报价文件封面及报价单内注明选择哪种方式

议价。参加现场议价的公司代表请于**议价时间**到达本单位办公楼4楼会议室参加议价；选择电话议价请在2024年07月30日下午4点至5点时间段内保持联系电话畅通。如有特殊情况不能如期议价，将会电话通知已交报价文件公司联系人。

以上资料一式一份装在档案袋并密封好。档案封面上应注明议价项目编号、名称、报价公司名称、联络人及手机号码、参加的**议价方式**。

11. 符合资质的供应商请在2024年07月24日至2024年07月29日下午5点期间把响应文件递交(或邮寄)到广州市海珠区新港西路海康街68号。联系人：钟老师，联系电话：020-34063091。