

广东省职业病防治院智能采血管贴标装置采购公告

我院拟采购智能采血管贴标装置，设备要求能够根据医嘱信息，智能选择合适的试管、自动打印和贴上标签、规范贴标的位置和方向，本项目议价方式进行采购，欢迎符合资质的供应商前来参加。有关事项如下：

- 1. 项目编号：GDZFYSB202408-04
- 2. 项目名称：广东省职业病防治院智能采血管贴标装置采购项目
- 3. 最高限价（人民币）：160000 元整
- 4. 采购数量：2 台
- 5. 技术参数及配置要求

名称	主要技术参数
智能采血管贴标装置	1. 采血管容量：≥300 支管，≥12 通道*25 支/通道； 2. 贴管速度：≤2 秒/支，≥1800 支/小时； 3. 触摸屏尺寸：≥10 寸； 4. 外观尺寸：≤500mm(L)*350mm(W)*700mm(H) 5. 试管：标准真空采血管 6. 热敏条码纸：50*30 7. 具有信息化功能:试管统计、分析,以及采血流程可追溯； 8. 支持各种常用条码、医卡、社保卡、身份证等多种刷卡方式； 9. 台式设计:原有采血窗口不用做任何改动即可安装； 10. 重力落管方式:无机械臂贴标法； 11. 顶端采血管颜色标志； 12. 三/双打印输出:打印机相互备份,可打印尿杯等特殊项目标签； 13. 系统连接：连接 LIS/HIS 系统； 14. 扫描条码类别：一维码和二维码；
主要配置/台	1. 主机 1 台； 2. 扫描枪 2 把；
说明：本项目成交后，采购合同先按 1 台签订，待设备验收且运行满 3 个月后，采购方再根据使用情况决定是否签约第 2 台。	

- 6. 设备验收：如属计量设备，验收时需提供计量合格或校准证书，计量或校准所产生费用由供应商承担。
- 7. 保修期：提供不少于 3 年的免费质保；
- 8. 交货期：签订合同后 2 周内；
- 9. 合格报价人的基本条件：
 - （1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；
 - （2）报价人为所投产品的制造商或者代理商；
- 10. 报价文件要求：

(1) 对照“第 9 点”的相关证照复印件加盖公章；

(2) 对照“第 5 点技术参数及配置要求”提供用户需求书(响应表)。“★”号条款为议价时的重要参考指标，偏离将导致报价无效；带“▲”条款负偏离可能会严重影响议价结果；

(3) 设备报价单（需注明产品的产地、品牌、型号、保修期、议价方式）。

(4) 本项目**议价时间**为 2024 年 08 月 20 日下午 3 点，本项目**接受现场议价和电话议价两种方式**，报价公司请在报价文件封面及报价单内注明选择哪种方式议价。参加现场议价的公司代表请于**议价时间**到达本单位办公楼 4 楼会议室参加议价；选择电话议价请在 2024 年 08 月 20 日下午 3 点至 5 点时间段内保持联系电话畅通。如有特殊情况不能如期议价，将会电话通知已交报价文件公司联系人。

以上资料一式一份装在档案袋并密封好。档案封面上应注明议价项目编号、名称、报价公司名称、联络人及手机号码、参加的**议价方式**。

11. 符合资质的供应商请在 2024 年 08 月 14 日至 2024 年 08 月 19 日下午 5 点期间把响应文件递交(或邮寄) 到广州市海珠区新港西路海康街 68 号 。联系人：钟老师， 联系电话：020-34063091。