

广东省职业病防治院裂隙灯显微镜采购公告

我院对裂隙灯显微镜项目采用议价方式进行采购，欢迎符合资质的供应商不大幅度前来参加。有关事项如下：

- 1. 项目编号：GDZFYSB202408-07
- 2. 项目名称：广东省职业病防治院裂隙灯显微镜采购项目
- 3. 最高限价（人民币）：38000 元整
- 4. 采购数量：1 台
- 5. 技术参数及配置要求

名称	主要技术参数
裂隙灯显微镜	1、放大倍率包含但不限于：10X，16X，25X 2、目镜：12.5 X 3、屈光补偿调节：-5D~+3D 3、裂隙宽度：0~14mm 连续变化 4、裂隙长度：1~14mm 连续变化 5、光圈：1~14mm 连续变化， Φ 0.3,1,5,10,14mm 6、裂隙角度包含：0°-180° 7、滤光片：蓝色，无赤光 8、光源：LED

6. 设备验收：如属计量设备，验收时需提供计量合格或校准证书，计量或校准所产生费用由供应商承担。

- 7. 保修期：提供不少于 3 年的免费质保；
 - 8. 交货期：签订合同后 30 天内；
 - 9. 合格报价人的基本条件：
 - (1) 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；
 - (2) 报价人为所投产品的制造商或者代理商；
 - 10. 报价文件要求：
 - (1) 对照“第 9 点”的相关证照复印件加盖公章；
 - (2) 对照“第 5 点技术参数及配置要求”提供用户需求书（响应表）。
 - (3) 设备报价单（需注明产品的产地、品牌、型号、保修期、议价方式）。
 - (4) 本项目**议价时间**为 2024 年 08 月 30 日下午 4 点，本项目**接受现场议价和电话议价两种方式**，报价公司请在报价文件封面及报价单内注明选择哪种方式议价。参加现场议价的公司代表请于**议价时间**到达本单位办公楼 4 楼会议室参加议价；选择电话议价请在 2024 年 08 月 30 日下午 4 点至 5 点时间段内保持联系电话畅通。如有特殊情况不能如期议价，将会电话通知已交报价文件公司联系人。
- 以上资料一式一份装在档案袋并密封好。档案封面上应注明议价项目编号、

名称、报价公司名称、联络人及手机电话号码、参加的议价方式。

11. 符合资质的供应商请在 2024 年 08 月 26 日至 2024 年 08 月 29 日中午 12 点期间把响应文件递交(或邮寄) 到广州市海珠区新港西路海康街 68 号 。
联系人：钟老师， 联系电话：020-34063091。