

广东省职业病防治院数码裂隙灯采购公告

我院对数码裂隙灯项目采用议价方式进行采购，欢迎符合资质的供应商前来参加。有关事项如下：

1. 项目编号：GDZFYSB202408-06
2. 项目名称：广东省职业病防治院数码裂隙灯（含眼前节照相）采购项目
3. 最高限价（人民币）：150000 元整
4. 采购数量：1 套
5. 技术参数及配置要求

名称	主要技术参数
数码裂隙灯 (含眼前节照相)	<ol style="list-style-type: none">1、放大倍率包含：10X，16X，25X；2、目镜：12.5 X；3、屈光补偿调节：-5D~+3D；3、裂隙宽度：0~14mm 连续变化；4、裂隙长度：1~14mm 连续变化；5、光圈：1~14mm 连续变化，ϕ0.3,1,5,10,14mm；6、裂隙角度：0° -180° ；7、滤光片：蓝色，无赤光；8、光源：LED；9、数码相机：2000 万像素以上；10、有眼前节照相系统软件，照片导出时，需要有个人信息，包括但不限于编码、姓名、年龄等。

6. 设备验收：如属计量设备，验收时需提供计量合格或校准证书，计量或校准所产生费用由供应商承担。

7. 保修期：提供不少于 3 年的免费质保；

8. 交货期：签订合同后 30 天内；

9. 合格报价人的基本条件：

(1) 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

(2) 报价人为所投产品的制造商或者代理商；

10. 报价文件要求：

(1) 对照“第 9 点”的相关证照复印件加盖公章；

(2) 对照“第 5 点技术参数及配置要求”提供用户需求书（响应表）。

(3) 设备报价单（需注明产品的产地、品牌、型号、保修期、议价方式）。

(4) 本项目议价时间为 2024 年 08 月 30 日下午 3 点，本项目接受现场议价

和电话议价两种方式，报价公司请在报价文件封面及报价单内注明选择哪种方式议价。参加现场议价的**公司代表**请于**议价时间**到达本单位办公楼4楼会议室参加议价；选择电话议价请在2024年08月30日下午3点至5点时间段内保持联系电话畅通。如有特殊情况不能如期议价，将会电话通知已交报价文件公司联系人。

以上资料一式一份装在档案袋并密封好。档案封面上应注明议价项目编号、名称、报价公司名称、联络人及手机号码、参加的**议价方式**。

11. 符合资质的供应商请在2024年08月26日至2024年08月29日中午12点期间把响应文件递交(或邮寄)到广州市海珠区新港西路海康街68号。联系人：钟老师，联系电话：020-34063091。