

广东省职业病防治院流量计采购公告

我院对流量计项目采用议价方式进行采购，欢迎符合资质的供应商前来参加。有关事项如下：

1. 项目编号：GDZFYSB202410-05
2. 项目名称：广东省职业病防治院流量计采购项目
3. 最高限价（人民币）：32000 元整
4. 采购数量：2 台
5. 技术参数及配置要求

名称	主要技术参数	数量
流量计	<ol style="list-style-type: none">1、一级流量校正系统，精度优于±1%。2、测试气体：非腐蚀性，非凝结。3、量测范围：分低、中不同流量型号，每种流量型号能独立测定流量，总流量范围为包括 5mL/min~5L/min。4、读数模式：包含但不限于实时或平均，可自动计算多点平均值。5、干式石墨活塞设计，无需皂泡液。6、正压进气或负压排气皆可测量。7、可连接 PC 下载校正数据结果。8、可选择调校为标准状态下之体积流率。9、具有自我测试内部漏气功能。10、便携和具有充电功能，可在工作场所不能插电的采样现场进行流量测定。	低、中流量各一台

6. 设备验收：如属计量设备，验收时需提供计量合格或校准证书，计量或校准所产生费用由供应商承担。

7. 保修期：提供不少于 1 年的免费质保；

8. 交货期：签订合同后 30 天内；

9. 合格报价人的基本条件：

(1) 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

(2) 报价人为所投产品的制造商或者代理商；

10. 报价文件要求：

(1) 对照“第 9 点”的相关证照复印件加盖公章；

(2) 对照“第 5 点技术参数及配置要求”提供用户需求书（响应表）。

(3) 设备报价单（需注明产品的产地、品牌、型号、保修期、议价方式）。

(4) 本项目**议价时间**为 2024 年 10 月 23 日下午 4 点，本项目**接受现场议价和电话议价两种方式**，报价公司请在报价文件封面及报价单内注明选择哪种方式议价。参加现场议价的公司代表请于**议价时间**到达本单位办公楼 4 楼会议室参加

议价；选择电话议价请在 2024 年 10 月 23 日下午 4 点至 5 点时间段内保持联系电话畅通。如有特殊情况不能如期议价，将会电话通知已交报价文件公司联系人。

以上资料一式一份装在档案袋并密封好。档案封面上应注明议价项目编号、名称、报价公司名称、联络人及手机号码、参加的**议价方式**。

11. 符合资质的供应商请在 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 10 月 22 日下午 5 点期间把响应文件递交(或邮寄) 到广州市海珠区新港西路海康街 68 号。联系人：钟老师， 联系电话：020-34063091。