

广东省职业病防治院大流量采样器采购公告

我院对大流量采样器项目采用议价方式进行采购, 欢迎符合资质的供应商前来参加。有关事项如下:

1. 项目编号: GDZFYSB202410-09
2. 项目名称: 广东省职业病防治院大流量采样器采购项目
3. 最高限价(人民币): 40000 元整
4. 采购数量: 2 台
5. 技术参数及配置要求

名称	主要技术参数
大流量采样器	<ol style="list-style-type: none">1、流量要求包含: 50-130L/min;2、流量偏差: $\leq 2\%$;3、支持不同类型的采样切割头;4、负载能力: 在 100L/min 时, 大于 9KPa;5、便携和具有充电功能, 插电和不能插电状态下均能进行采样现场样品收集。电池电量在 100L/min, 负载 4KPa 时, 大于 6 小时;6、工作温度-30-50℃;7、噪声$< 60\text{dB(A)}$;8、有断电续采功能;9、手机 APP 端可远程控制, 查看仪器数据状态;10、有定位芯片;11、整机重量$< 4\text{kg}$。
主要配置/台	<ol style="list-style-type: none">1. 主机 1 台;2. 空气氟化物采样头 1 个;3. 重金属采样头 1 个。

6. 设备验收: 如属计量设备, 验收时需提供计量合格或校准证书, 计量或校准所产生费用由供应商承担。

7. 保修期: 提供不少于 1 年的免费质保;

8. 交货期: 签订合同后 30 天内;

9. 合格报价人的基本条件:

(1) 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人;

(2) 报价人为所投产品的制造商或者代理商;

10. 报价文件要求:

(1) 对照“第 9 点”的相关证照复印件加盖公章;

(2) 对照“第 5 点技术参数及配置要求”提供用户需求书(响应表)。

(3) 设备报价单（需注明产品的产地、品牌、型号、保修期、议价方式）。

(4) 本项目**议价时间**为 2024 年 11 月 06 日下午 3 点 30 分，本项目**接受现场议价和电话议价两种方式**，报价公司请在报价文件封面及报价单内注明选择哪种方式议价。参加现场议价的公司代表请于**议价时间**到达本单位办公楼 4 楼会议室参加议价；选择电话议价请在 2024 年 11 月 06 日下午 3 点 30 分至 5 点时间段内保持联系电话畅通。如有特殊情况不能如期议价，将会电话通知已交报价文件公司联系人。

以上资料一式一份装在档案袋并密封好。档案封面上应注明议价项目编号、名称、报价公司名称、联络人及手机号码、参加的**议价方式**。

11. 符合资质的供应商请在 2024 年 10 月 29 日至 2024 年 11 月 04 日下午 5 点期间把响应文件递交(或邮寄) 到广州市海珠区新港西路海康街 68 号。联系人：钟老师， 联系电话：020-34063091。