

广东省职业病防治院呼吸湿化治疗仪采购公告

我院本次采购呼吸湿化治疗仪项目采用议价方式进行采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB202411-01
- 2、项目名称：广东省职业病防治院呼吸湿化治疗仪采购项目。
- 3、最高限价（人民币）：4.2万元整。
- 4、采购数量：1台。
- 5、技术参数及配置要求：

名称	技术参数及配置要求
呼吸湿化治疗仪	1. 适用范围： A. 有自主通气并需要辅助呼吸治疗的病人。 B. 需实行气道保护策略患者（包括气管切开患者）。
	2. 专业模式： A. 成人模式。 B. 儿童模式。
	3. 病人连接界面： A. 鼻塞：小号、中号，大号选配。 B. 人工气道连接管。 C. 面罩连接管。 D. 儿童模式：专用鼻塞。
	4. 病人界面连接管具有透水不透气性能，最大限度减少液态冷凝水。需要提供证明文件。
	▲5. 提供与主机配套使用的原厂耗材，包括管路、湿化水罐、病人界面，并提供注册检验时机器与管路、水罐的整机连接图片，及检验报告首末页的证明文件。
	6. 主机具有气体过滤功能（细菌过滤效率 >99.99999%，病毒过滤效率99.99%），并提供证明文件。
	7. 主机内置消毒功能：标准配套专用消毒管路，加热至最低87℃，并持续至少30分钟。提供证明文件。
	8. 流量设置范围包含：2 — 50升/分。
	9. 流量调节方式：A. 精准调节包含但不限于：每次调节1升/分。 B. 快速调节包含但不限于：每次调节5升/分。
	10. 具备氧浓度调节与监测：氧浓度调节监测范围21-100%。
	11. 内置涡轮技术：无需空压机，无气源也可独立工作。 12. 气体温湿度设置： 在31℃目标温度时>10mg/L。 在34℃目标温度时>10mg/L。

	在37°C目标温度时>33mg/L。
	13. 主机具有设置锁定功能，防止误操作更改参数。
	▲14. 提供同一品牌的自动注水双浮子湿化水罐，需要提供证明文件。
	15. 同一品牌管路预置具有管壁加热、保温技术，同时具有加热和监测功能。。
	▲16. 主机可显示设置参数及实时监测参数：气体流速，气体温度，气体氧浓度。
	17. 主机具有报警功能： 呼吸管路连接异常，漏气，堵塞，氧浓度过高或过低，无法达到目标流量，水罐水量，无法达到目标温度，工作条件不合适，断电报警。
	18. 报警状态按照优先级别反应。影响氧气输送和湿度输送的报警应立刻做出反应。
	▲19. 提供模拟操作软件，能够了解如何使用呼吸湿化治疗仪，包括更改设置、模拟故障、测试使用技能以及操作视频。
	20. 连接氧气的高压氧管带有导电性能，以防止氧气接头连接时火花产生的风险，并提供证明文件。

6. 保修期：不少于三年。

7、交货时间：签订合同后 30 日内。

8、合格报价人的基本条件：

8.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

8.2、报价人为所投产品的制造商或者代理商。

8.3、如采购项目为医疗设备，报价人需依法取得《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；所投设备需具有有效的医疗器械注册证(II/III类)。

9、报价文件要求：

(1) 对照“第8点”的相关证照复印件加盖公章。

(2) 对照“第5点技术参数及配置要求”提供用户需求书(响应表)。“★”号条款为议价时的重要参考指标，偏离将导致报价无效；带“▲”条款负偏离可能会严重影响议价结果。

(3) 设备报价单(需注明产品的产地、品牌、型号、保修期、议价方式)。

(4) 本项目议价时间为2024年11月11日下午4点，本项目接受现场议价和电话议价两种方式，报价公司请在报价文件封面及报价单内注明选择哪种方式议价。参加现场议价的公司代表请于2024年11月11日下午4点本单位办公楼4楼会议室参加议价；选择电话议价请在2024年11月11日下午4点5点时间段内保持联系电话畅通。如有特殊情况不能如期议价，将会电话通知已交报价文件公司联系人。

以上资料一式一份装在档案袋并密封好。档案封面上应注明**议价项目编号、名称、报价公司名称、联络人及手机号码、参加的议价方式**。

10、符合资格的报价公司请于 2024 年 11 月 04 日至 2022 年 11 月 08 日下午 5 点期间，把报价文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号。

联系人：钟工，联系电话：020-34063091。