

# 广东省职业病防治院空气采样器采购公告

我院对空气采样器项目采用议价方式进行采购，欢迎符合资质的供应商前来参加。有关事项如下：

1. 项目编号：GDZFYBSB202411-02
2. 项目名称：广东省职业病防治院空气采样器采购项目
3. 最高限价（人民币）：100000 元整
4. 采购数量：20 台
5. 技术参数及配置要求

名称	主要技术参数
空气采样器	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 恒流采样器，使用流量包含：200-3000 mL /min；</li><li>2. 流量偏差：小于校准点流量的±5%，可以自动进行气压校正；</li><li>3. 运行温度：5℃-45℃；</li><li>4. 负载能力超过 25Kpa；</li><li>5. 当气路阻塞或流量偏差大于 5%时，能够停止采样，自动重启并记录；</li><li>6. 有中文全彩显示屏和仪器运行警示灯，可连续工作 10 小时以上；</li><li>7. 可设定采样时间进行定时采样，也可设定采样起始时间进行编程计时采样；</li><li>8. 重量小于 500 克；</li><li>9. 运行噪声小于 60dB</li><li>10. 防爆。</li></ol>

6. 设备验收：如属计量设备，验收时需提供计量合格或校准证书，计量或校准所产生费用由供应商承担。

7. 保修期：提供不少于 1 年的免费质保；

8. 交货期：签订合同后 30 天内；

9. 合格报价人的基本条件：

(1) 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

(2) 报价人为所投产品的制造商或者代理商；

10. 报价文件要求：

(1) 对照“第 9 点”的相关证照复印件加盖公章；

(2) 对照“第 5 点技术参数及配置要求”提供用户需求书（响应表）。

(3) 设备报价单（需注明产品的产地、品牌、型号、保修期、议价方式）。

(4) 本项目议价时间为 2024 年 11 月 12 日下午 3 点 30 分，本项目接受现场议价和电话议价两种方式，报价公司请在报价文件封面及报价单内注明选择哪种方式议价。参加现场议价的公司代表请于议价时间到达本单位办公楼 4 楼会议

室参加议价；选择电话议价请在 2024 年 11 月 12 日下午 3 点 30 分至 5 点时间段内保持联系电话畅通。如有特殊情况不能如期议价，将会电话通知已交报价文件公司联系人。

以上资料一式一份装在档案袋并密封好。档案封面上应注明议价项目编号、名称、报价公司名称、联络人及手机号码、参加的**议价方式**。

11. 符合资质的供应商请在 2024 年 11 月 06 日至 2024 年 11 月 11 日下午 5 点期间把响应文件递交(或邮寄) 到广州市海珠区新港西路海康街 68 号。联系人：钟老师， 联系电话：020-34063091。