

广东省职业病防治院超低温冰箱采购公告

我院本次采购超低温冰箱项目采用议价方式进行采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB202508-03
- 2、项目名称：广东省职业病防治院超低温冰箱采购项目。
- 3、最高限价（人民币）：12 万元整。
- 4、采购数量：3 台。
- 5、技术参数及配置要求：

名称	技术参数及配置要求
超低温冰箱	★ 1.有效容积：≥670L，外部尺寸（宽×深×高）≤1190×1030×1990mm。
	2.微电脑控制，温度数字显示，设定温度在-40～-86℃范围内任意调节。
	3.制冷系统：采用变频压缩机以及无氟环保制冷剂。
	4.显示界面：高清晰 LED 数码温度显示，显示精度≤0.1℃。冰箱异常时，需要有提示。
	5.具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器散热差报警、、断电报警、门开报警、系统故障等；具有 2 种以上报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警。
	6.保温系统：不少于六道门封，保证系统温度。
	▲7.测试孔：不少于 3 个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。
	8.冻存耗材：可存储 2 英寸标准冻存盒 500 个，2ml 内旋冻存管 50000 个。
	9.符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书。
单台配置要求	1.超低温冰箱 1 台。
	2.5×5 抽屉式冻存架 20 组。
	3.冻存耗材:可存储 2 英寸标准冻存盒 500 个，2ml 内旋冻存管 50000 个。

6. 保修期：不少于 3 年。
- 7、交货时间：签订合同后 30 日内。

8、合格报价人的基本条件：

(1) 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

(2) 报价人为所投产品的制造商或者代理商。

(3) 如采购项目为医疗设备，报价人需依法取得《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；所投设备需具有有效的医疗器械注册证(Ⅱ/Ⅲ类)。

(4) 报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以提交报价文件截止之日在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料)

9、报价文件要求：

(1) 对照“第8点”的相关证照复印件加盖公章。

(2) 对照“第5点技术参数及配置要求”提供用户需求书(响应表)。“★”号条款为议价时的重要参考指标，偏离将导致报价无效；带“▲”条款负偏离可能会严重影响议价结果。

(3) 设备报价单(需注明产品的产地、品牌、型号、保修期、议价方式)。

以上资料一式一份装在档案袋并密封好。档案封面上应注明议价项目编号、名称、报价公司名称、联络人及手机号码。

(4) 本项目**议价时间为 2025 年 08 月 14 日下午 4 点**，本项目接受现场议价和电话议价两种方式，报价公司请在报价文件封面及报价单内注明选择哪种方式议价。参加现场议价的公司代表请于议价时间到达本单位办公楼 4 楼会议室参加议价；选择电话议价请在 2025 年 08 月 XX 日下午 4 点至 5 点分时间段内保持联系电话畅通。如有特殊情况不能如期议价，将会电话通知已交报价文件公司联系人。

以上资料一式一份装在档案袋并密封好。档案封面上应注明议价项目编号、名称、报价公司名称、联络人及手机号码、参加的议价方式。

10. 符合资质的供应商请在 **2025 年 08 月 11 日至 2025 年 08 月 14 日中午 12 点**期间把响应文件**递交(或邮寄)**到广州市海珠区新港西路海康街 68 号。联系人：钟工， 联系电话：020-34063091。